

CLARIFICARE

privind achiziția de „Aparate de măsură/control/detecție”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Aparate de măsură/control/detecție” prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 04.09.2025, vă comunică următoarele:
„1. Lot 46 - Calibrator : Se solicită un singur manaometru cu domeniul 10.000 PSI sau doriți 4 aparate cu domeniile 15, 30, 100, 300 PSIA? Livrarea trebuie să includă și pompă? Dacă da, ce presiune trebuie generată?”	1. Poziția (calibrator) inclusă în Lotul 46 din Caietul de sarcini nr. 22200/04.08.2025 se elimină. Lotul 46 Camera de termoviziune, rămâne: Caracteristici: - Rezoluție senzor termic: minim 320x240; - Rezoluție cameră în domeniul vizibil: minim 5Mp; - Lentile interschimbabile: minim 3 (standard, camp larg, camp îngust); - Domeniu de temperatură: minim -20÷500°C; - Precizie de măsură: ±2 % din valoarea măsurată sau ±2 °C, la 25°C; - Software și comunicație cu computerul pentru generare rapoarte; - Imunitate la camp electromagnetic (utilizare în stații de înaltă tensiune); - Domeniu de temperatură de utilizare minim: -10÷50°C; - 2 acumulatori, încărcător la 230Vac, opțional încărcător la priză auto 12Vcc; - Geantă pentru cameră și accesorii inclusă; - Memorie pentru stocare măsurători minim 4GB. Livrare: 2 bucăți la Porțile de Fier.
„2. Lot 47 - Cameră cu termoviziune : Pentru acumulator și încărcător se specifică coduri exacte de la un anumit producător în loc de specificații precum autonomie, tip,, capacitate, etc...Se acceptă și alți producători?”	2. La Lotul 47 – Cameră cu termoviziune: pentru acumulator și încărcător se acceptă și alți producători.