

CLARIFICARE

privind

„Achiziție de aparare de măsură și control”

Solicitări operatori economici	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire ce are ca obiect „Achiziție de aparare de măsură și control”, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 01.10.2026, vă comunică următoarele:
„In lipsa unei fise tehnice aferente lotului 19, vă rugăm să ne transmiteți specificațiile tehnice minime solicitate pentru echipamentul „Rugozimetru digital portabil multiparametru”.	Atașăm la raspuns Fișa tehnica FT 19 [Rugozimetru digital portabil multiparametru] reprezentând Lotul 19. În Caietul de Sarcini, în Tabel 1 (pag 2) și Tabel 4 (pag 6), la Lotul 19 cerințele vor respecta FT 19, atașată acestui răspuns.

Ofertant :

FT 19 - Fișă tehnică – suplimentara
Rugozimetru digital portabil multiparametru

Parametru	Caracteristici tehnice minimale solicitate	Caracteristici tehnice oferite
Parametrii rugozitate:	Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rz(JIS), Rk, Rku, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, RSm, Rpc	
Intervale axe:	Axa X – 17,5mm Axa Z – 320 μ m (-160 μ m ~ 160 μ m)	
Precizie	$\pm 10\%$	
Rezoluție	0,001 μ m	
Palpator	Tip inductiv, diamantat 5 μ m/90° rază/unghi	
Forța de măsurare	4 mN	
Unitate de măsură	μ m/ μ in	
Lungime de undă cut off	0,25/ 0,8/ 2,5mm Număr 1~5	
Viteză	0,135mm/s 0,5mm/s 1mm/s	
Ieșire date	USB Bluetooth	
Software de măsurare, ieșire date	Conectare la PC prin cablu USB pentru controlul rugozimetrului, pentru afișare valori și curbe; Conectare la o imprimantă prin intermediul Bluetooth.	
Conținut pachet	• Rugozimetru cu display tactil • Palpator standard (care poate fi conectat direct la rugozimetru sau poate fi conectat extern) • Etalon de calibrare • Cablu de conectare • Stand reglabil • Adaptor pentru stand magnetic • Software si cablu USB • Adaptor AC/DC	

Ofertant :